

## ESCLARECIMENTOS

### LOTE 3. INSTRUMENTOS

Nº do ITEM	ITEM	Especificações Exigidas	Pedido de Esclarecimento	RESPOSTA
3.1	Fita métrica	Para medição abdominal Escala em cm com um mínimo de 1,5 m Material resistente	Que tipo de fita?	Conforme às especificações solicitadas: <i>Para medição abdominal</i> <i>Escala em cm com um mínimo de 1,5 m</i> <i>Material resistente</i>

### LOTE 4. EQUIPAMENTO DIGITAL

Nº do ITEM	ITEM	Especificações Exigidas	Pedido de Esclarecimento	RESPOSTA
4.1	Termómetro	Leitura de LCD Faixa de exibição de 32 ° C a 42 ° C Precisão: 0,1° C Indicação de bateria fraca Som de aviso quando a medição concluir Desligamento automático A prova de água Caixa de plástico rígido para proteção Botão alimentado por bateria (LR / SR · 41)	Clínico/ambiente (digital/manual)?	DIGITAL e conforme às especificações solicitadas: <i>Leitura de LCD</i> <i>Faixa de exibição de 32 ° C a 42 ° C</i> <i>Precisão: 0,1° C</i> <i>Indicação de bateria fraca</i> <i>Som de aviso quando a medição concluir</i> <i>Desligamento automático</i> <i>A prova de água</i> <i>Caixa de plástico rígido para proteção</i> <i>Botão alimentado por bateria (LR / SR · 41)</i>