

ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VIA E CRIOTERAPIA, E CONSUMÍVEIS

Referência de publicação: CUAMM/AFFIDATO/13

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.

As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.

A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

LOTE 1. Equipamento para Serviço de VIA e Crioterapia

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.1	<u>Criopontas</u> Exocervical Convex (19 mm x 5mm) Compatível com MEDGYN CRYOTHERAPY SYSTEM MGC-200 QUANTIDADE TOTAL: 13 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 3 - QUELIMANE: 10			
1.2	<u>Criopontas</u> Endo/Exocervical Large Compatível com MEDGYN CRYOTHERAPY SYSTEM MGC-200 QUANTIDADE TOTAL: 30 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 24 - BEIRA: 6			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.3	<u>Tabuleiro para instrumentos médicos</u> Em Aço inoxidável Altura 75 cm Comprimento: 40 cm Largura 30 cm 2 Prateleiras Com rodas QUANTIDADE TOTAL: 5 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 - BEIRA: 1			
1.4	<u>Tabuleiro para instrumentos médicos</u> Em Aço inoxidável Medidas: 36cm x 27 cm x 0,5 cm QUANTIDADE TOTAL: 10 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 4 - QUELIMANE: 6			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.5	<u>Espéculos Vaginais</u> Espelho vaginais bivalvular em aço inoxidável Tamanho S QUANTIDADE TOTAL: 50 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 40 - BEIRA: 10			
1.6	<u>Espéculos Vaginais</u> Espelho vaginais bivalvular em aço inoxidável, Tamanho M QUANTIDADE TOTAL: 160 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 40 - BEIRA: 60 - QUELIMANE: 60			
1.7	<u>Espéculos Vaginais</u> Espelho vaginais bivalvular em aço inoxidável, Tamanho L QUANTIDADE TOTAL: 170 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 30 - BEIRA: 80 - QUELIMANE: 60			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.8	<u>Pinça de esponja (<i>sponge forceps</i>)</u> Em aço inoxidável Comprimento 25 cm QUANTIDADE TOTAL: 390 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 150 - BEIRA: 160 - QUELIMANE: 80			
1.9	<u>Espátulas vaginais de madeira</u> Pack 1x100, espátula para exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero), Fabricado com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, Dimensões Espessura: 1,6 mm Largura: 16 mm Comprimento: 176 mm QUANTIDADE TOTAL: 90 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 40 - BEIRA: 30 - QUELIMANE: 20			

LOTE 2. Acessórios para Serviço de VIA e Crioterapia

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.1	<u>Escadote para Marquesa</u> Escadote para marquesa, aço cromado, largura mínima 34 cm, profundida 43 cm, altura 38cm, 2 degraus QUANTIDADE TOTAL: 11 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 - BEIRA: 5 - QUELIMANE: 5			
2.2	<u>Candeeiros flexíveis eléctricos para observações ginecológicas</u> Fonte de luz: LED Estrutura em tubo de aço Base em poliamida com 5 rodas Dimensões: 607 x (1000 a 1750) mm QUANTIDADE TOTAL: 14 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 - BEIRA: 5 - QUELIMANE: 5			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.3	<u>Biombo hospitalar ou separador</u> Estrutura feita de aço esmaltado ou aço inoxidável. 3 Painéis. Tecidos plastificados Rodas de 40 mm 3 corpos Medidas: altura mínima: 180cm, Total aberto: 1970 mm Por corpo: corpo central 710 mm, corpos laterais 630 mm QUANTIDADE TOTAL: 25 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 12 - BEIRA: 8 - QUELIMANE: 5			
2.4	<u>Balde para lixo infeccioso</u> Balde c/tampa móvel a pedal Material: inox Capacidade: 12 litros QUANTIDADE TOTAL: 31 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 10 - BEIRA: 11 - QUELIMANE: 10			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.5	<u>Bacia plástica para material</u> Material resistente Capacidade: 15 litros QUANTIDADE TOTAL: 18 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 8 - QUELIMANE: 10			
2.6	<u>Ventoinha</u> Ventoinha de pé, Diâmetro 40cm Mínimo 3 velocidades, Mínimo 50W - máximo 70W QUANTIDADE TOTAL: 14 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 - BEIRA: 5 - QUELIMANE: 5			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.7	<u>Cronometro</u> Cronometro /timer digital com indicação de: Minutos /segundos QUANTIDADE TOTAL: 21 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 - BEIRA: 7 - QUELIMANE: 6			

LOTE 3. Consumíveis para uso hospitalar

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.1	<u>Rolos de papel de protecção para marquesas</u> Rolos de papel de protecção para marquesas, 22gr papel/ metro quadro, prepicotado tamanhos mínimos: 55 cm largura, 100 metro comprimento QUANTIDADE TOTAL: 305 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 100 - BEIRA: 105 - QUELIMANE: 100			
3.2	<u>Rolos de fita adesiva teflon</u> Largura da fita: 3 cm Comprimento minino: 10 m QUANTIDADE TOTAL: 40 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 20 - QUELIMANE: 20			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.3	<u>Algodão</u> Algodão hidrófilo não estéril Quantidade pacote: 500gr QUANTIDADE TOTAL: 40 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 - BEIRA: 18 - QUELIMANE: 14			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.4	<u>Luvas de exame medida L</u> Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: L QUANTIDADE TOTAL: 450 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 150 - QUELIMANE: 100			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.5	<u>Luvas de exame medida M</u> Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: M QUANTIDADE TOTAL: 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 200 - QUELIMANE: 200			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.6	<u>Luvas de exame medida S</u> Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: S QUANTIDADE TOTAL: 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 200 - QUELIMANE: 100			
3.7	<u>Hipoclorito de Sódio a 0,5%</u> Hipoclorito de sódio a 0,5% Embalagem de 1 litro QUANTIDADE TOTAL: 160 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 80 - QUELIMANE: 80			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.8	<u>Sabão líquido</u> Sabão líquido para limpeza das mãos antisséptico com clorexidina Embalagem de 500 ml Frasco pet Valvula pump QUANTIDADE TOTAL: 300 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 150 - QUELIMANE: 150			
3.9	<u>Gel para uso médico</u> Gel para ECG (Electrocardiógrafos) Embalagem de 250 ml QUANTIDADE TOTAL: 200 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 80 - BEIRA: 60 - QUELIMANE: 60			
3.10	<u>Gel para uso ginecológico</u> QUANTIDADE TOTAL: 150 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 120 - BEIRA: 30			

LOTE 4. Gás Carbónico

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.1	<u>Botija de gás carbónico</u> QUANTIDADE TOTAL: 28 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 - BEIRA: 10 - QUELIMANE: 10			