

## **ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA**

**Designação do contrato: FORNECIMENTO DE POINT OF CARE PARA HBA1C E REAGENTES**

**Referência de publicação: ACAP/AFFIDATO/06**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

## FORNECIMENTO DE POINT OF CARE PARA HBA1C E REAGENTES

1. Nº do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.	<p><b>POINT OF CARE PARA HBA1C</b></p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>Moamba: 1</p> <p>Sabie: 1</p> <p>Matola: 1</p> <p>Sao Damaso: 1</p> <p>Beira-Manga Nhaconjo: 1</p> <p>Auto analisador de HbA1c (e outros testes) –</p> <p>Point of Care com certificação</p> <p>Testes de sangue total, plasma ou urina;</p> <p>Sem calibração do operador; Possibilidade de</p> <p>transferência dos resultados de testes para o sistema de</p> <p>informação; Display LCD</p> <p>Impressora e estabilizador de corrente incluídos</p> <p>Inclui instalação, treinamento e garantia de 12 meses</p>			

1. Nº do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.	<u>Test de HBA1C para POC</u>  QUANTIDADE TOTAL: 3500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: 600 Sabie: 600 Matola: 600 Sao Damaso: 600 Beira-Manga: 600  Test de HbA1c para Auto analisador de HbA1c Compatíveis com os POC (ITEM 1) Com validade do test de minimo 12 meses			
3.	<u>cartuchos de controle diário</u>  QUANTIDADE TOTAL: 800 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: 160 Sabie: 160 Matola: 160 Sao Damaso: 160 Beira-Manga: 160  cartuchos de controle diário compatíveis para POC HbA1c (Item 1)			

1. N° do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.	<p><u>cartuchos para controle periódico de longo prazo</u>  QUANTIDADE TOTAL: quantidade necessária por 8 meses  para 5 centros  QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:  Moamba: *  Sabie: *  Matola: *  Sao Damaso: *  Beira-Manga: *  <i>* de acordo com o modelo da máquina proposto pelo  fornecedor (item 1)</i></p> <p>cartuchos para controle periódico de qualidade de  longo prazo (mensal, semanal ou outros) por 8  meses compatíveis para POC HbA1c (Item 1)</p>			