

Procedimento CUAMM/AFFIDATO/30
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA LEEP

ESCLARECIMENTOS

Nº	Pedido de Esclarecimento	RESPOSTA
1	LOTE 1 1.7 “Placas de aterramento electrocirúrgico descartáveis com cabo” Gostaríamos de saber se é imperioso que o cabo seja descartável?	Sim, é imperioso que a placa de aterramento seja descartável e o cabo reusável
2	LOTE 2 2.1 “ Colposcópio de vídeo digital” Solicitamos mais informação, especificações.	- Alta definição 1.43M de pixels - Fonte de luz LED extra-brilhante multi-ponto - Ampliação de zoom 1x - 40x - Tecnologia de foco automático ultrarrápida - Opção de foco manual - Função de congelamento de imagem - Capacidade de vídeo integrada - Suporte colposcópio ajustável em altura - Botão de filtro de luz verde - Monitor Colposcópio - Suporte para monitor do Colposcópio