

## **ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA**

**Designação do contrato:)** FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES PARA DM & HTA, e CACUM

**Referência de publicação:** CUAMM/AFFIDATO/32

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

## LOTE 1. Consumíveis hospitalares

| 1.<br>Número do<br>item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.1                     | <p>Frascos para amostra de urinas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 15000<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA:4000<br/>- QUELIMANE: 1000<br/>- MAPUTO: 10000</p> <p>Frascos para amostras de urinas esterilizado com tampa de enroscar<br/>Com rótulo<br/>Indicação da graduação<br/>Capacidade: 40 ml</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.2                  | <p>Fitas de amostra de urina</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 12500<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 3500<br/>- QUELIMANE: 1000<br/>- MAPUTO: 8000</p> <p>Tiras reagentes para determinação quantitativa dos seguintes parâmetros:<br/>- Urobilinogênio<br/>- Glicose<br/>- Bilirrubina<br/>- Cetona<br/>- pH<br/>- Sangue (hemoglobin, erythrocytes)<br/>- Densidade<br/>- Proteína<br/>- Nitrito<br/>- Leucócito</p> <p>Características: Boa resistência à humidade.<br/>Resultados precisos.<br/>Sem alteração de cor após o resultado do teste.<br/>Qualidade comprovada.<br/>Armazenagem à temperatura ambiente.<br/>Leitura: Visual e automatizada.<br/>Amostras: Urina<br/>Caducidade mínima de 1 ano.</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.3                  | <p>Rolos de papel de protecção para Marquesas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 783<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 225<br/>- QUELIMANE: 198<br/>- MAPUTO: 360</p> <p>22gr papel/metro quadro<br/>- Picotado<br/>- branco<br/>- tamanhos mínimos: 48 cm de largura, 100 metros de comprimento</p> |                                |  |  |
| 1.4                  | <p>Algodão (500 gr)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 365<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 145<br/>- QUELIMANE: 120<br/>- MAPUTO: 100</p> <p>Algodão hidrófilo não estéril<br/>Quantidade por pacote: 500gr</p>  |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.5                  | <p>Hipoclorito de sódio a 0,5%_A</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 600<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 250<br/>- QUELIMANE: 150<br/>- MAPUTO: 200</p> <p>Hipoclorito de sódio a 0,5%<br/>Embalagem de 1 litro</p> |                                |  |  |
| 1.6                  | <p>Hipoclorito de sódio a 0,5%_B</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 26<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 6<br/>- MAPUTO: 20</p> <p>Hipoclorito de sódio a 0,5%<br/>Embalagem de 5 litros</p>                         |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.7                  | <p>Sabão líquido antisséptico</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 600<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 200<br/>- QUELIMANE: 200<br/>- MAPUTO: 200</p> <p>Sabão líquido para limpeza das mãos antisséptico com clorexidina<br/>Embalagem de 500 ml<br/>Frasco pet<br/>Valvula pump</p> |                                |  |  |
| 1.8                  | <p>Sabão líquido</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 500<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 100<br/>- MAPUTO: 400</p> <p>Sabão líquido para limpeza das mãos<br/>Embalagem de 500 ml<br/>Frasco pet<br/>Valvula pump</p>  |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.9                  | <p>Papel pardo</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 41</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEIRA: 11</li> <li>- QUELIMANE: 10</li> <li>- MAPUTO: 20</li> </ul> <p>Rolo de papel pardo - reciclado para embalagem</p> <p>Dimensões/rolo: 200m x 60cm</p> <p>Cumprimentos: aproximadamente 130 m</p> <p>80g/m<sup>2</sup></p> |                                |  |  |
| 1.10                 | <p>Álcool</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 490</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEIRA: 190</li> <li>- QUELIMANE: 180</li> <li>- MAPUTO: 120</li> </ul> <p>Álcool 70%</p> <p>Embalagem de 1 litro</p>   |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.11                 | <p>Luvas de Exame - tamanho L (100/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 920<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 270<br/>- QUELIMANE: 50<br/>- MAPUTO: 600</p> <p>Material: látex com pó.<br/>Ambidextras.<br/>Alta sensibilidade.<br/>De um só uso.<br/>Não esterilizadas.<br/>Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos<br/>Apresentadas em caixas dispenser.<br/>Quantidade por caixa: 100<br/>Medida: L</p> |                                |  |  |



| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.12                 | <p>Luvas de Exame - tamanho M (100/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1900<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 700<br/>- QUELIMANE: 200<br/>- MAPUTO: 1000</p> <p>Material: látex com pó.<br/>Ambidextras.<br/>Alta sensibilidade.<br/>De um só uso.<br/>Não esterilizadas.<br/>Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos<br/>Apresentadas em caixas dispenser.<br/>Quantidade por caixa: 100<br/>Medida: M</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.13                 | <p>Luvas de Exame - tamanho S (100/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 920<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 270<br/>- QUELIMANE: 50<br/>- MAPUTO: 600</p> <p>Material: látex com pó.<br/>Ambidextras.<br/>Alta sensibilidade.<br/>De um só uso.<br/>Não esterilizadas.<br/>Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos<br/>Apresentadas em caixas dispenser.<br/>Quantidade por caixa: 100<br/>Medida: S</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1.14                 | <p>Rolo de Fita adesiva teflon</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 80<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 30<br/>- QUELIMANE: 50</p> <p>Impermeável, à prova de vazamentos, boa vedação, resistente à corrosão<br/>Tamanho 10 m * 18 mm * 0.08mm<br/>Material: PTFE (politetrafluoretileno)</p>   |                                |  |  |
| 1.15                 | <p>Gel para Uso médico</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 80<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 50<br/>- QUELIMANE: 30</p> <p>Para uso médico como meio de contato na transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o elétrodo nos exames de eletrocardiograma, inodoro, Sem Gordura, pH neutro tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, isento de sal e álcool.<br/>Embalagem de 250 ml</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.16                 | <p>Rolos de papel para ECG</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 240<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 90<br/>- QUELIMANE: 30<br/>- MAPUTO: 120</p> <p>Papel ECG milimetrado compatível com o modelo de ECG CM 1200 A<br/>Tipo: Rolo<br/>Largura: 215 mm<br/>Comprimento: 30 m<br/>Grelha: laranja</p> |                                |  |  |
| 1.17                 | <p>Pensos rápidos (100/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 75<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 15<br/>- MAPUTO: 60</p> <p>Caixa de 100 unidades<br/>Pensos rápidos com gaze antisséptica absorvente<br/>Camada de contacto com a ferida em polipropileno<br/>6x 2 cm</p>                        |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.18                 | <p>Butterfly Needles</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 125<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 25<br/>- MAPUTO: 100</p> <p>Caixa de 100 unidades<br/>Butterfly needles 21G com adaptador, descartável estéril, para punção venosa e infusão com agulha borboleta e mecanismo de proteção integrado. Adaptador Luer pré-montado. Adequado para administração parenteral venosa a curto prazo. 7 "encaixe (18 cm)<br/>- tamanho 21G 3/4"</p> |                                |  |  |
| 1.19                 | <p>Tubos vacutest A</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 100<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 20<br/>- MAPUTO: 80</p> <p>Caixa de 100 unidades<br/>Tubo Vacutainer 4ml, plástico, tampa vermelha (com activador de coagulo) com etiqueta</p>   |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.20                 | <p>Tubos vacutest B</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 125<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 25<br/>- MAPUTO: 100</p> <p>Caixa de 100 unidades<br/>Tubo Vacutainer 3ml, plástico, tampa roxa (purple), com EDTA, com etiqueta 1x100</p> |                                |  |  |
| 1.21                 | <p>Batas Clínicas A</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 75<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 15<br/>- MAPUTO: 60</p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto<br/>Tamanho M</p>              |                                |  |  |

| 1.<br>Número do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações, referências a documentação | 5.<br>Observações da comissão de avaliação |
|----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.22                 | <p>Batas clínicas B</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 75<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 15<br/>- MAPUTO: 60</p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto<br/>Tamanho L</p>  |                                |  |  |
| 1.23                 | <p>Batas Clínicas C</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 75<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 15<br/>- MAPUTO: 60</p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto<br/>Tamanho XL</p> |                                |  |  |

## LOTE 2. Equipamentos e acessórios para medição de Glicemia

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 2.1                     | <p>Glucómetros</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 55<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 16<br/>- QUELIMANE: 15<br/>- MAPUTO: 24</p> <p>Codificação: sem codificação<br/>Certificado por lo menos com os padrões ISO2015<br/>Range de Hatocrito entre 20% e 60%<br/>Método - Química Eletroquímica<br/>Tempo para o resultado - 5 seg.<br/>Volume da amostra - 0,9 <math>\mu\ell</math><br/>Tipo de Amostra - Capilar - Sangue Total<br/>Referência de sangue - Plasma<br/>Unidade - mg / dl ou mmol / l<br/>Memória - mínimo 400 testes com data e hora<br/>Faixa de Medição - 10 ~ 600 mg / dL (0,6 ~ 33,3 mmol / L)<br/>Bateria - 3V<br/>Extras:<br/>Caneta lancetadora e teste de respectivas lancetas<br/>Teste de fitas com validade mínimo de 12 meses</p> |                                |  |  |



| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 2.2                     | <p>Fitas de glicemia</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 55000<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 18000<br/>- QUELIMANE: 12000<br/>- MAPUTO: 25000</p> <p>Fitas de glicemia compatível com o glucómetro Gluco Dr. Auto A<br/>(Model: AGM - 4.000)<br/>Validade mínima 12 meses</p> |                                |  |  |
| 2.3                     | <p>Lancetas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 55000<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 18000<br/>- QUELIMANE: 12000<br/>- MAPUTO: 25000</p> <p>Lancetas para medição de glicemia</p>   |                                |  |  |

### LOTE 3. Dispositivos de protecção - COVID 19

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 3.1                     | <p>Batas de protecção</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 700<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 200<br/>- QUELIMANE: 100<br/>- MAPUTO: 400</p> <p>De Uso Hospitalar de alto nível de Protecção contra Infeções<br/>mangas compridas<br/>Gola Cirúrgica<br/>Punhos Elástico ou malha<br/>abertura traseira com fechamento em tiras para amarrar atrás do<br/>pescoço e na cintura</p>   |                                |  |  |
| 3.2                     | <p>Mascaras cirúrgicas (50/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 300<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 120<br/>- QUELIMANE: 100<br/>- MAPUTO: 80</p> <p>Duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma<br/>camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow.<br/>Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%<br/>Com elástico ou cordão (tiras)<br/>Código de Certificação EN 14683 : 2019<br/>Pacote com 50 unidades</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 3.3                     | <p>Mascaras KN95/N95/FFP</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 3200<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 900<br/>- QUELIMANE: 300<br/>- MAPUTO: 2000</p> <p>De uso Hospitalar com a eficiência de filtração de partículas até 99,6%<br/>Padrão Nacional de Certificação GB/T2626-2006 ou EN 149-2001<br/>ISSO 9001</p> |                                |  |  |
| 3.4                     | <p>Álcool gel</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 100<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 20<br/>- MAPUTO: 80</p> <p>Álcool Gel 500ml</p>   |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 3.5                     | <p>Termómetro Infravermelho digital</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 10<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2<br/>- MAPUTO: 8</p> <p>Termómetro Infravermelho digital, certificação CE, tempo máximo para medição: 1 segundo, alimentação a pilha, resolução mínima 0,1°C, precisão: 0,1°C, faixa de medição: 32 a 43°C, distancia ideal para medidas: 2 a 15cm, garantia 1 ano</p> |                                |  |  |
| 3.6                     | <p>Viseira</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 100<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 20<br/>- MAPUTO: 80</p> <p>Viseira de proteção facial - reutilizável, com fita regulável</p>  |                                |  |  |

#### LOTE 4. Equipamento de Diagnóstico

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 4.1                     | <p>Balanças antropométricas mecânicas com altímetro</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 12<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 7<br/>- MAPUTO: 5</p> <p>Capacidade: mínima 200 kg com graduação de 100 g<br/>Peso: Menor ou igual a 17 kg<br/>Simples de operar e fácil de ler devido à exibição no nível dos olhos<br/>Construção robusta com base de ferro fundido<br/>Régua antropométrica com mínimo de 2 metros<br/>Tapete antiderrapante<br/>Opcional: rodas de transporte para uso móvel.</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 4.2                     | <p>Esfigmomanómetros aneroides manuais com carrinha</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 17<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 8<br/>- QUELIMANE: 5<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Feito em material ultra resistente e com padrão de qualidade internacional<br/>Graduação de 0-300mm<br/>Mostrador com vidro transparente<br/>Braçadeira de nylon para adultos e fecho em velcro<br/>Tubo interno em PVC<br/>Pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso</p> |                                |  |  |
| 4.3                     | <p>Braçadeiras para adulto para esfigmomanómetros aneroides manuais</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 25<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2<br/>- QUELIMANE: 15<br/>- MAPUTO: 8</p> <p>Braçadeira de nylon para adultos e fecho em velcro<br/>Com 2 tubos de saída em PVC<br/>Compatível com esfigmomanómetros aneroides manuais</p>  |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 4.4                     | <p>Braçadeiras para adulto para esfigmomanômetros digitais</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 25<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2<br/>- QUELIMANE: 15<br/>- MAPUTO: 8</p> <p>Braçadeira de nylon para adultos e fecho em velcro<br/>Tubo interno em PVC<br/>Compatível com esfigmomanômetros digitais</p>       |                                |  |  |
| 4.5                     | <p>Braçadeiras (tamanho L) para esfigmomanômetros aneroides manuais</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 20<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 12<br/>- MAPUTO: 8</p> <p>Braçadeira de nylon tamanho L com fecho em velcro<br/>Com 2 tubos de saída em PVC<br/>Compatível com esfigmomanômetros aneroides manuais</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 4.6                     | <p>Estetoscópio</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 31<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 11<br/>- MAPUTO: 20</p> <p>Sensibilidade super acústica, construção avançada em aço inoxidável<br/>Cabeça de estetoscópio permutável com diafragmas sintonizáveis em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico<br/>2 Tubos em 1 Sem latex<br/>EXTRAS:<br/>par adicional de Olivas (Borrachas de proteção do Ouvido) - 1 Par de Olivas Pequenas e 1 Par de Olivas Grandes</p> |                                |  |  |
| 4.7                     | <p>Fita métrica</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 66<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 28<br/>- QUELIMANE: 8<br/>- MAPUTO: 30</p> <p>Para medição abdominal<br/>Escala em cm com um mínimo de 1,5 m<br/>Material resistente</p>  |                                |  |  |



| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 4.8                     | <p>Martelos de reflexos</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 15<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 3<br/>- MAPUTO: 12</p> <p>Para exame de reflexo e sensibilidade<br/>Aço inoxidável com agulha e pincel (mono-filamento)</p> |                                |  |  |
| 4.9                     | <p>Diapasão médico</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 16<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 4<br/>- MAPUTO: 12</p> <p>Em aço inoxidável<br/>Frequência de 128Hz</p>  |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 4.10                    | <p>Termómetros</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 1<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Leitura de LCD<br/>Faixa de exibição de 32 ° C a 42 ° C<br/>Precisão: 0,1° C<br/>Indicação de bateria fraca<br/>Som de aviso quando a medição concluir<br/>Desligamento automático<br/>À prova d'água<br/>Caixa de plástico rígido para proteção<br/>Botão alimentado por bateria (LR / SR · 41)</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 4.11                    | <p>Esfigmomanômetros digitais</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 30<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 5<br/>- MAPUTO: 25</p> <p>Detecção de Arritmia (ARR)<br/>Detecção de Fibrilação Arterial (AFib)<br/>Detecção de contração prematura (PC)<br/>Detecção de manguito<br/>Detecção de Movimento<br/>Indicação de Risco de Hipertensão<br/>Média das últimas 3 leituras<br/>Média de 7 dias AM / PM<br/>120 Memórias para 2 usuários com data e Indicação de tempo<br/>Manguito Cone Universal Patenteado Sem Latex<br/>Tamanho mínimo de LCD: 69 * 78 mm<br/>Calibração Vitalícia<br/>Bolsa com zíper<br/>Opcional: PC Link<br/>EXTRAS:<br/>Adaptador de corrente<br/>1 Braçadeiras de nylon tamanho L para obesos<br/>1 Braçadeira de nylon criança</p> |                                |  |  |

**LOTE 5. Equipamentos para Serviço de VIA e CRIOTERAPIA**

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 5.1                     | <p>Criopontas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 23<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 7<br/>- QUELIMANE: 6<br/>- MAPUTO: 10</p> <p>Exocervical Convex (19 mm x 5mm)<br/>Compatível com MEDGYN CRYOTHERAPY SYSTEM MGC-200</p> |                                |  |  |
| 5.2                     | <p>Espéculos Vaginas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 70<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 30<br/>- MAPUTO: 40</p> <p>Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável<br/>Tamanho S</p>                                     |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 5.3                     | <p>Espéculos Vaginas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 90<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 50<br/>- MAPUTO: 40</p> <p>Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável<br/>Tamanho M</p>    |                                |  |  |
| 5.4                     | <p>Espéculos Vaginas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 70<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 30<br/>- MAPUTO: 40</p> <p>Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável<br/>Tamanho L</p>    |                                |  |  |
| 5.5                     | <p>Pinça de Esponja (<i>Sponge Forceps</i>)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 130<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 90<br/>- MAPUTO: 40</p> <p>Em aço inoxidável<br/>Comprimento 25 cm</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 5.6                     | <p>Espátulas Vaginais de Madeira (100/cx)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1050<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 400<br/>- QUELIMANE: 150<br/>- MAPUTO: 500</p> <p>Caixa de 100 unidades, espátula para exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero), Fabricado com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, Dimensões<br/>Espessura: 1,6 mm<br/>Largura: 16 mm<br/>Comprimento: 176 mm</p> |                                |  |  |

**LOTE 6. Acessórios para Serviço de VIA e CRIOTERAPIA**

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 6.1                     | <p>Cronómetro</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 2</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>- BEIRA: 2</p> <p>Cronómetro /timer digital com indicação minuto/segundos</p>                                       |                                |  |  |
| 6.2                     | <p>Balde para Lixo Infecioso</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 8</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>- BEIRA: 8</p> <p>Balde c/tampa móvel a pedal</p> <p>Material: inox</p> <p>Capacidade: 12 litros</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 6.3                     | <p>Caixa Incineradora para resíduos hospitalares</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 10<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- QUELIMANE: 10</p> <p>Material: papelão reciclado com 2 camadas, resistente à água e Perfurações;<br/>Fundo: em material Rígido; e cinto de revestimento interno nas 4 paredes laterais;<br/>Alça para transporte dupla resistente e fixa ao coletor;<br/>Sistema de travamento na tampa de descarte com dispositivo que assegura a não violação do mesmo;<br/>Capacidade: 155 pcs de seringa de 1ml com agulha ( 5L )<br/>Cor: Amarela</p> |                                |  |  |
| 6.4                     | <p>Bacia Plástica para Material</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 10<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 8<br/>- QUELIMANE: 2</p> <p>Material resistente<br/>Capacidade: 15 litros</p>  |                                |  |  |



| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 6.5                     | <p>Candeeiro Flexível Eléctrico para Observação Ginecológica</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 2<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2</p> <p>Fonte de luz: LED<br/>Estrutura em tubo de aço<br/>Base em poliamida com 5 rodas<br/>Dimensões: 607 x (1000 a 1750) mm</p>   |                                |  |  |
| 6.6                     | <p>Biombo Hospitalar</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 4<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2<br/>- QUELIMANE: 2</p> <p>Estrutura feita de aço esmaltado ou aço inoxidável.<br/>3 Painéis tecidos plastificados<br/>Com rodas de 40 mm 3 corpos<br/>Medidas - Altura mínima: 180cm; total aberto: 197 cm. Medidas por corpo: corpo central 71 cm, corpos laterais 63 cm</p> |                                |  |  |

### LOTE 7. Mobília para apetrechamento de Gabinetes de Consulta

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas  | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 7.1                     | <p>Cacifos para arquivo de processos clínicos (metálicos e de 4 módulos/gavetas)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 14<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 8<br/>- MAPUTO: 6</p> <p>Metálico com 4 Gavetas<br/>Com chave<br/>Dimensões: 133 cm x 46 cm x 62 cm</p> |                                |  |  |
| 7.2                     | <p>Armários (metálicos de 2 compartimentos)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 1<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Largura 92cm<br/>Altura mínimo 180cm<br/>2 Compartimentos<br/>Chave<br/>4 - 5 Estantes<br/>Material: metálico</p>    |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 7.3                     | <p>Cadeiras hospitalar</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 24<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 10<br/>- QUELIMANE: 8<br/>- MAPUTO: 6</p> <p>Estrutura em tubo de aço<br/>Assento e encosto em chapa de aço;<br/>Pés com ponteiros de Borracha;<br/>Acabamento com tratamento antiferruginoso e Pintura epóxi;<br/>Com ótima qualidade e durabilidade.</p> |                                |  |  |
| 7.4                     | <p>Cadeira para clinico</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 4<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Cadeira de escritório com rodas</p>  |                                |  |  |
| 7.5                     | <p>Secretaria hospitalar</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 6<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 2<br/>- QUELIMANE: 4</p> <p>Metálico o aço com pintura de proteção contra ferrugem<br/>120 cm x 70 cm x 74cm (Comprimento x Largura x Altura)</p>   |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 7.6                     | <p>Mesa de exame do utente</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 1<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Estrutura em aço inoxidável<br/>Estofado em espuma<br/>Leito estofado revestido<br/>Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira;<br/>Pés com ponteiros plásticos;<br/>Dimensões:<br/>Comprimento: 1.900 mm;<br/>Largura: 600 mm;<br/>Altura: 850 mm;<br/>Suporta até 200 kg.</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 7.7                     | <p>Mesa ginecológica</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 4<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 4</p> <p>Estrutura em aço inoxidável<br/>Estofado em espuma<br/>Leito estofado revestido<br/>Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira;<br/>Dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo<br/>Pés com ponteiros plásticos;<br/>Suporte coxas reguláveis<br/>Dimensões:<br/>Comprimento: 1.900 mm;<br/>Largura: 600 mm;<br/>Altura: 850 mm;<br/>Suporta até 200 kg.</p> |                                |  |  |
| 7.8                     | <p>Escadote para Marquesa</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 4<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 4</p> <p>Escadote para marquesa, aço cromado, largura mínima 34 cm, profundida 43 cm, altura 38cm, 2 degraus</p>   |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 7.9                     | <p>Tabuleiro para instrumento Medico com 2 prateleiras e rodas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 13<br/>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:<br/>- BEIRA: 9<br/>- MAPUTO: 4</p> <p>Em Aço inoxidável<br/>Altura 75 cm<br/>Comprimento: 40 cm<br/>Largura 30 cm<br/>2 Prateleiras<br/>Com rodas</p> |                                |  |  |

| 1.<br>Número<br>do item | 2.<br>Especificações exigidas   | 3.<br>Especificações propostas | 4.<br>Notas, observações,<br>referências a<br>documentação | 5.<br>Observações da<br>comissão de<br>avaliação |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 7.10                    | <p>Ventoinha</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 9</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEIRA: 4</li> <li>- QUELIMANE: 5</li> </ul> <p>Especificações técnicas</p> <p>Potência (W): mínimo 120 W</p> <p>N.º mínimo de velocidades: 3</p> <p>Cabeça Ø (cm): mínimo 50 cm</p> <p>Largura (cm): 53 cm</p> <p>Profundidade (cm): 53 cm</p> <p>Altura (cm): 130 cm</p> <p>Altura regulável mín. (cm): 107 cm</p> <p>Altura regulável máx. (cm): 130 cm</p> <p>Tensão (V): 230 V</p> <p>Tipo de pá: Metálica com bom nível de inclinação</p> |                                |  |  |