ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato:) FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE VIA E CRIOTERAPIA

Referência de publicação: CUAMM/AFFIDATO/32_Lote 5 BIS

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.
As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.
A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

LOTE 5.1 Criopontas

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.1.1	Criopontas QUANTIDADE TOTAL: 23 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 7 - QUELIMANE: 6 - MAPUTO: 10 Exocervical Convex (19 mm x 5mm) Compatível com MEDGYN CRYOTHERAPY SYSTEM MGC-200			

LOTE 5.2 Acessórios para VIA e Crioterapia

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.2.1	Espéculos Vaginas QUANTIDADE TOTAL: 70 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 30 - MAPUTO: 40 Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável Tamanho S			
5.2.2	Espéculos Vaginas QUANTIDADE TOTAL: 90 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 50 - MAPUTO: 40 Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável Tamanho M			
5.2.3	Espéculos Vaginas QUANTIDADE TOTAL: 70 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 30 - MAPUTO: 40 Especulo vaginais bivalvular em aço inoxidável Tamanho L			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.2.4	Pinça de Esponja (*Sponge Forceps*) QUANTIDADE TOTAL: 130 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 90 - MAPUTO: 40 Em aço inoxidável Comprimento 25 cm			
5.2.5	Espátulas Vaginais de Madeira (100/cx) QUANTIDADE TOTAL: 1050 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 400 - QUELIMANE: 150 - MAPUTO: 500 Caixa de 100 unidades, espátula para exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero), Fabricado com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, Dimensões Espessura: 1,6 mm Largura: 16 mm Comprimento: 176 mm			