

ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato: FORNECIMENTO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS e CONSUMÍVEIS SANITÁRIOS

Referência de publicação: CUAMM/AID 012590/06/0-PROTECT/08

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.

As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.

A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efetuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exata. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efetuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

LOTE 1: EQUIPAMENTOS MEDICOS – BEIRA E MAPUTO

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
LOTE 1: 1.1	Aspirador manual tipo pinguim Em silicone - produto Auto lavável QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: -			
1.2	Balança de Baloço para pesar bebe e crianças; Capacidade mínima ate 25 kg, Graduação de 100 em 100g; Resistente – com suporte cegonha e suspensório QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 25 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 12 - MAPUTO: 13			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.3	<p>Balança digital pediátrica Para pesar bebe e crianças; Capacidade mínima ate 20 kg, Ecrã LCD, Graduação 5g, funções: tara, hold, ajuste manual a 0, A corrente elétrica e pilhas; Dimensão mínima do tabuleiro: 55 x 25 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 20 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 12 - MAPUTO: 8</p>			
1.4	<p>Balanças antropométricas mecânicas com altímetro Capacidade: mínima 200 kg com graduação de 100 g Peso: Menor ou igual a 17 kg Simples de operar e fácil de ler devido à exibição no nível dos olhos Construção robusta com base de ferro fundido Régua antropométrica com mínimo de 2 metros Tapete antiderrapante Opcional: rodas de transporte para uso móvel. QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 20 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: 10</p>			
1.5	<p>Escadote para Marquesa Escadote para marquesa, aço cromado; largura mínima 34 cm, profundidade 43 cm, altura 38 cm, 2 degraus QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 15 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 8 - MAPUTO: 7</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.6	<p>Esfigmomanómetros aneroides manuais com carrinha Feito em material ultrarresistente e com padrão de qualidade internacional - Graduação de 0-300mm - Mostrador com vidro transparente - Braçadeira de nylon para adultos e fecho em velcro - Tubo interno em PVC - Pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15</p>			
1.7	<p>Esfigmomanómetros digitais Detecção de Arritmia (ARR) Detecção de Fibrilação Arterial (AFib) Detecção de contração prematura (PC) Detecção de manguito Detecção de Movimento Indicação de Risco de Hipertensão Média das últimas 3 leituras - Média de 7 dias AM / PM - 120 Memórias para 2 usuários com data e Indicação de tempo Manguito Cone Universal Patenteado Sem Latex - Tamanho mínimo de LCD: 69 * 78 mm - Calibração Vitalícia - Bolsa com zíper - Opcional: PC Link EXTRAS: Adaptador de corrente - 1 Braçadeiras de nylon tamanho L para obesos - 1 Braçadeira de nylon criança QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 27 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 17 - MAPUTO: 10</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.8	<p>Estetoscópio de Pinard Resistente, em alumínio altura mínima: 15 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 45 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 25 - MAPUTO: 20</p>			
1.9	<p>Estetoscópios Sensibilidade super acústica, construção avançada em aço inoxidável - Cabeça de estetoscópio permutável com diafragmas sintonizáveis em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico 2 Tubos em 1 Sem latex EXTRAS: par adicional de Olivas (Borrachas de proteção do Ouvido) - 1 Par de Olivas Pequenas e 1 Par de Olivas Grandes QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 43 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 26 - MAPUTO: 17</p>			
1.10	<p>Fluxómetro de oxigénio Escala de 0 a 15L/MIN - Esfera de aço inoxidável - Conjunto com umidificador QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 8 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 8 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.11	<p>Mesa de exame do utente Estrutura em aço inoxidável Estofado de espuma Leito estofado revestido Cabaceira reclinável em ate 4 posições através de cremalheira Pés com ponteiros plásticos Dimensões: Comprimentos 1900 mm, largura 600 mm, altura 850 mm, Suporta ate 200 kg QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 20 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: 10</p>			
1.12	<p>Mesa ginecológica Estrutura em aço inoxidável Estofado de espuma Leito estofado revestido Cabaceira reclinável em ate 4 posições através de cremalheira Dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; Pés com ponteiros plásticos; Suporte coxas reguláveis Dimensões: Comprimentos 1900 mm, largura 600 mm, altura 850 mm, Suporta ate 200 kg QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 12 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 6 - MAPUTO: 6</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.13	<p>Glucómetros</p> <p>Codificação: sem codificação - Certificado por lo menos com os padrões ISO2015</p> <p>Range de Hatocrito entre 20% e 60% - Método - Química Eletroquímica - Tempo para o resultado - 5 seg.</p> <p>Volume da amostra - 0,9 $\mu\ell$ - Tipo de Amostra - Capilar - Sangue Total - Referência de sangue - Plasma</p> <p>Unidade - mg / dl ou mmol / l - Memória - mínimo 400 testes com data e hora</p> <p>Faixa de Medição - 10 ~ 600 mg / dL (0,6 ~ 33,3 mmol / L) - Bateria - 3V</p> <p>Extras: Caneta lancetadora e teste de respetivas lancetas - Teste de fitas com validade mínimo de 12 meses</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 52</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: 12 - MAPUTO: 40 			
1.14	<p>Fitas de glicemia</p> <p>Fitas de glicemia compatível com Glucómetro solicitado na linha anterior - Unidades</p> <p>Validade mínima 12 meses</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 28.000</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: 10.000 - MAPUTO: 18.000 			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.15	<p>Lancetas Lancetas para medição de glicemia para fitas de glicemia solicitadas na linha anterior - Unidades QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 18.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 18.000</p>			
1.16	<p>Kit reanimador manual para recém-nascidos pré-termo Tipo ambu com mascara, reservatório e cabo - para recém-nascido pré-termo QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: -</p>			
1.17	<p>Kit reanimador manual para criança Tipo ambu com mascara, reservatório e cabo - para criança QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 5 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 5 - MAPUTO: -</p>			
1.18	<p>Oxímetro de pulso pediátrico neonatal Recarregável QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 8 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 8 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.19	<p>Oxímetro de pulso portátil</p> <p>Monitor portátil, operado a bateria com 90 horas de autonomia. Para monitorização contínua da saturação periférica de O₂ (SpO₂) e a frequência cardíaca de pacientes neonatais. Utiliza sensores não invasivos do tipo dedo. Display gráfico de cristal líquido de alto contraste para facilitar a visualização, apresenta os valores de SpO₂, frequência cardíaca e qualidade de sinal captado. Sistema de alarmes visual e sonoro e indicador de bateria fraca - Bateria interna recarregável</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: 10 - MAPUTO: - 			
1.20	<p>Billirubinometro transcutaneo</p> <p>Exibição simultânea de unidades de medição: exibindo mg / dL & µmol / L, entretanto - Pronto a utilizar no arranque, sem necessidade de preparação</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: 1 - MAPUTO: - 			

LOTE 2: CONSUMÍVEIS SANITÁRIOS – BEIRA E MAPUTO

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.1	<p>Adaptador para agulhas vacutainer 21G Adaptador para colheita de sangue a vacuo, uso unico, plastico, transparente, unit - Valididade minima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 45.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 45.000</p>			
2.2	<p>Adesivo em tecido não tecido (TNT) Rolo com largura de 5 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 250 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 250 - MAPUTO: -</p>			
2.3	<p>Adesivos de óxido de zinco Agulha vacutainer para coleta de sangue a vácuo, 21G, canho de cor verde, estéril, unit - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 30 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 30 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.4	<p>Agulhas vacutainer 21G Agulha vacutainer para coleta de sangue a vácuo, 21G, canho de cor verde, estéril, unit - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 45.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 45.000</p>			
2.5	<p>Algodão 500gr Algodão hidrófilo não estéril Quantidade pacote: 500gr Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 360 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 360</p>			
2.6	<p>Braçadeiras (tamanho L) para esfigmomanómetros aneroides manuais Braçadeira de nylon tamanho L com fecho em velcro Com 2 tubos de saída em PVC Compatível com esfigmomanómetros aneroides manuais QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.7	<p>Braçadeiras de Pressão Arterial Reutilizáveis 1 Tubo Pediátrica compatível per HP/Philips pediátricos 18-26 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			
2.8	<p>Braçadeiras de Pressão Arterial Reutilizáveis 1 Tubo Pediátrica compatível per HP/Philips pediátricos 1-19 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			
2.9	<p>Braçadeiras de Pressão Arterial Reutilizáveis 1 Tubo Pediátrica compatível per HP/Philips pequeno adulto 20-28 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.10	<p>Braçadeiras para adulto para esfigmomanómetros aneroides manuais</p> <p>Braçadeira de nylon para adultos e fecho em velcro - Com 2 tubos de saída em PVC - Compatível com esfigmomanómetros aneroides manuais QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15</p>			
2.11	<p>Braçadeiras pediátrico para esfigmomanómetros aneroides manuais</p> <p>Braçadeira de nylon pediátrico com fecho em velcro Com 2 tubos de saída em PVC Compatível com esfigmomanómetros aneroides manuais QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.12	<p>Butterfly Needles 21G</p> <p>Butterfly needles 21G com adaptador, confeção 1x100 descartável estéril, para punção venosa e infusão com agulha borboleta e mecanismo de proteção integrado. Adaptador Luer pré-montado. Adequado para administração parenteral venosa a curto prazo. 7 "encaixe (18 cm) - tamanho 21G ¾"</p> <p>Validade mínima 12 meses</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 6.000</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: - - MAPUTO: 6.000 			
2.13	<p>Butterfly Needles 23G</p> <p>Butterfly needles 23G com adaptador, confeção 1x100 descartável estéril, para punção venosa e infusão com agulha borboleta e mecanismo de proteção integrado. Adaptador Luer pré-montado. Adequado para administração parenteral venosa a curto prazo. 7 "encaixe (18 cm) - tamanho 23G ¾"</p> <p>Validade mínima 12 meses</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 15.000</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: - - MAPUTO: 15.000 			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.14	<p>Caixa Incineradora para resíduos hospitalares Material: papelão reciclado com 2 camadas, resistente à água e Perfurações; Fundo: em material Rígido; e cinto de revestimento interno nas 4 paredes laterais; Alça para transporte dupla resistente e fixa ao coletor; Sistema de travamento na tampa de descarte com dispositivo que assegura a não violação do mesmo; Capacidade: 5 Litros - Cor: Amarela QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 600 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 360 - MAPUTO: 240</p>			
2.15	<p>Cateter umbilical 3,5 fr Duplo lúmen em poliuretano de alta hemocompatibilidade e ponta distal arredondada. Radiopaco QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 300 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 300 - MAPUTO: -</p>			
2.16	<p>Clamp umbilical Descartável, estéril QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 45.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 45.000 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.17	<p>Espátulas de Madeira (1x100) de madeira, resistente, embalagem 1x100, pontas arredondadas descartáveis, dimensão: espessura: 1,6mm, largura 16 mm, Comprimento: min 15 cm Validade mínima 12 meses</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 180 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 180</p>			
2.18	<p>Fita Braquial adultos Fita plástica de circunferência braquial adultos (MUAC tape), codificada por cores (vermelho, amarelo e verde) Escala em cm e graduada em milímetros, comprimento: mínima 80 cm, largura: mínima de 2,5 cm Material resistente</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 100 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 60 - MAPUTO: 40</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.19	<p>Fita Braquial pediátrica Fita plástica de circunferência braquial pediátrica (MUAC tape), codificada por cores (vermelho, amarelo e verde) Escala em cm e graduada em milímetros, comprimento: mínima 50 cm, largura: mínima de 2,5 cm Material resistente QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 100 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 60 - MAPUTO: 40</p>			
2.20	<p>Fita métrica Para medição abdominal Escala em cm com um mínimo de 1,5 m Material resistente QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 100 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 60 - MAPUTO: 40</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.21	<p>Fitas de urina</p> <p>Tiras reagentes para determinação quantitativa dos seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urobilinogênio - Glicose - Bilirrubina - Cetona - pH - Sangue (hemoglobina, erythrocytes) - Densidade - Proteína - Nitrito - Leucócito <p>Características: Boa resistência à humidade. Resultados precisos. Sem alteração de cor após o resultado do teste. Qualidade comprovada. Armazenagem à temperatura ambiente. Leitura: Visual e automatizada. Amostras: Urina Caducidade mínima de 1 ano.</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10.000 QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: 5.000 - MAPUTO: 5.000 			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.22	<p>Frascos para amostras de urina Frascos para amostras de urinas esterilizado com rótulo, tampa de rosca e Indicação da graduação Capacidade: 40 ml, unit - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 10.000</p>			
2.23	<p>Gaze esterilizada rolo Modelo: Rolo Tamanho: 90cmX100m Vida Útil: Mínimo 3 anos Material: 100% Algodão Cor: Branco Esterilização: Não estéril; desprovida de substâncias gordurosas Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 190 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: 180</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.24	<p>Hepatite B rapid tests Teste rápido para a deteção da Hepatite B - HBsAg Antigen test Características: Boa resistência à humidade. Resultados precisos. Sem alteração de cor após o resultado do teste. Qualidade comprovada. Armazenagem à temperatura ambiente. Leitura: Visual Amostras: Sangue (S/P/WB) Caducidade mínima de 1 ano. QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.500 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 750 - MAPUTO: 750</p>			
2.25	<p>Hipoclorito de Sódio 5L Hipoclorito de sódio a 0,5% Galão de 5 litro QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 180 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 180</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.26	<p>Luvas cirúrgicas estéreis tamanho 7</p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatómico, antiderrapante, cor variada, tamanho 7. Quantidade por caixa 50 pares - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15</p>			
2.27	<p>Luvas cirurgicas estereis tamanho 7,5</p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatómico, antiderrapante, cor variada, tamanho 7,5. Quantidade por caixa 50 - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 20 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: -</p>			
2.28	<p>Luvas cirúrgicas estéreis tamanho 8</p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatómico, antiderrapante, cor variada, tamanho 8. Quantidade por caixa 50 - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 30 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 30 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.29	<p>Luvas large (1x100) Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: L Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 210 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 210</p>			
2.30	<p>Luvas medium (1x100) Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: M Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.050 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 1050</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.31	<p>Luvas small (1x100) Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: S Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.050 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 1.050</p>			
2.32	<p>Luvas sem pó, large Material: látex, sem pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100- Medida: L - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 460 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 430 - MAPUTO: 30</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.33	<p>Luvas sem pó, medium</p> <p>Material: látex, sem pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: M - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 580 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 490 - MAPUTO: 90</p>			
2.34	<p>Luvas sem pó, small</p> <p>Material: látex, sem pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: S - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 460 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 430 - MAPUTO: 30</p>			
2.35	<p>Máscara para Reanimador Ambu Neonatal n° 0</p> <p>Em silicone - produto Auto lavável QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 6 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: 3</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.36	<p>Máscara para Reanimador Ambu Neonatal nº 1 Em silicone - produto Auto lavável QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 6 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: 3</p>			
2.37	<p>Máscara para Reanimador Ambu Neonatal nº 2 Em silicone - produto Auto lavável QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 3 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: -</p>			
2.38	<p>Pasteur pipettes 3ml Pasteur pipette plástica graduadas, 3 ml, não estéril, 1x250 QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 30 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 15 - MAPUTO: 15</p>			
2.39	<p>Pensos rápidos (1x100) Pensos rápidos com gaze antisséptica absorvente Camada de contacto com a ferida em polipropileno 1x 100, 6x 2 cm - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 540 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 540</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.40	<p>Pronga nasal para oxigénio Descartável, estéril - medida para recém-nascido QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 320 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 300 - MAPUTO: 20</p>			
2.41	<p>Pronga nasal para oxigénio Descartável, estéril - medida para criança QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 210 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 200 - MAPUTO: 10</p>			
2.42	<p>Pronga nasal para oxigénio Descartável, estéril - medida para criança QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 200 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 200 - MAPUTO: -</p>			
2.43	<p>Rolos de papel de proteção para marquesa 22 gr papel/ metro quadro - Picotado - Branco - tamanhos mínimos: 60 cm de largura, 100 m de comprimento. Unidades QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 375 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 375</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.44	<p>Rolos de papel industrial papel gorfrado de folha dupla, dimensões mínimas: 20 cm largura, 300 m comprimento QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 12 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 6 - MAPUTO: 6</p>			
2.45	<p>Seringas 10ml c/ agulha (1x100) Seringa com agulha 10 ml Quantidade de pacotes: 100 unidades - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 90 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 90</p>			
2.46	<p>Seringas 20 ml (1x50) Seringa 20 ml - Quantidade de unidades por pacote: 50 unidades Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 120 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 120 - MAPUTO: 0</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.47	<p>Seringas 20 ml c/agulha (1x100) Seringa com agulha 20 ml - Quantidade de unidades por pacote: 100 unidades - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 3 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: -</p>			
2.48	<p>Seringas 3 ml c/agulha (1x100) Seringa com agulha 3 ml - Quantidade de unidades por pacote: 100 unidades - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 3 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: -</p>			
2.49	<p>Seringas 5ml c/ agulha (1x100) Seringa com agulha 5 ml Quantidade de unidades por pacote: 100 unidades - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 93 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 3 - MAPUTO: 90</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.50	<p>Seringas 60 ml (1x20) Seringa 60 ml - Quantidade de unidades por pacote: 20 unidades Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 150 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 150 - MAPUTO: -</p>			
2.51	<p>Sonda de aspiração traqueal tamanho 5 fr Descartável, estéril QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 1.000 - MAPUTO: -</p>			
2.52	<p>Sonda orogástrica para recém-nascido tamanho 5 fr 40 cm Descartável, estéril QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 1.000 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.53	<p>Teste Rápido de Gravidez</p> <p>Teste rápido para a deteção do hormônio hCG em amostras de urina</p> <p>Características: Boa resistência à humidade.</p> <p>Resultados precisos.</p> <p>Sem alteração de cor após o resultado do teste.</p> <p>Qualidade comprovada.</p> <p>Armazenagem à temperatura ambiente.</p> <p>Leitura: Visual</p> <p>Amostras: Urina</p> <p>Caducidade mínima de 1 ano.</p> <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 3.000</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none">- BEIRA: 1.500- MAPUTO:1.500			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.54	<p>Teste rápido Sífilis Teste imunocromatografico rápido su carta para a determinação qualitativa dos anticorpos anti-Treponium Pallidum Características: Boa resistência à humidade. Resultados precisos. Sem alteração de cor após o resultado do teste. Qualidade comprovada. Armazenagem à temperatura ambiente. Leitura: Visual Amostras: Sangue capilar Caducidade mínima de 1 ano. QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 900 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 450 - MAPUTO: 450</p>			
2.55	<p>Torniquetes QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 60 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 60</p>			
2.56	<p>Tubos Vacutest 4ml (1x100) Tubo Vacutainer 4ml, plástico, tampa vermelha (com activador de coágulo) com etiqueta. Quantidade por caixa: 100 unidades - Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 750 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 750</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.57	<p>Tubos Vacutest K3EDTA 3ml (1x100) Tubo Vacutainer 3ml K3EDTA, plástico, tampa roxa, com etiqueta. Quantidade por caixa: 100 unidades Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 600 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 600</p>			

LOTE 3: APARELHOS – BEIRA

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.1	<p>Aquecedor radiante infantil com rodízios Angulo e altura da caixa radiante ajustável - Onda de infravermelho de 5um-10um - Com rodízios QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 7 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 7 - MAPUTO: -</p>			
3.2	<p>Bomba de infusão Bomba peristáltica Fluxo: 1 -600 ml/hora (incremento 1 ml/h) - compatível com todos sets de infusão Display Tela 2.7 polegadas Bateria tipo 7.4 V, 1600 mAh, tipo lítio Peso < 3 kg QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 15 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 15 - MAPUTO: -</p>			
3.3	<p>Bomba seringa Compatível com todos tamanhos de seringa Calibração automática Alarme audiovisual QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 5 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 5 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.4	<p>Concentrador de oxigénio Capacidade de 10 L QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 5 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 5 - MAPUTO: -</p>			
3.5	<p>Destilador de água com esterilizador Capacidade de 1.5 L QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 1 - MAPUTO: -</p>			
3.6	<p>Monitor multiparametrico Monitor pré-configurado contendo 5 parâmetros básicos (ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Dupla Temperatura e Respiração). Perfil ergonômico e alinhado para operação e visualização -Operação gestual fácil e simples QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.7	<p>Aspirador mecânico: Vacuómetro 0-100 kPa (0-760 mmHg) Comando de controle de aspiração Bomba tipo pistão, sem óleo 1 ou 2 frascos de recolha 1 filtro de bactérias por cada frasco, hidrofóbico 3 m de tubo de aspiração de PVC Potencia 300 W – Voltagem 200-240 V (50-60 Hz) QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			

LOTE 4: MATERIAL DE PREVENÇÃO – BEIRA E MAPUTO

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.1	<p>Álcool 70% 5 litros Em galões de 5Lt QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 430 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 70 - MAPUTO: 360</p>			
4.2	<p>Álcool 96% 2,5L Álcool 96% Quantidades por frasco: 2500 ml Validade mínima 12 meses QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 60 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 60</p>			
4.3	<p>Álcool Gel 250ml Álcool Gel glicerinado com válvula pump - 250ml QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 150 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 150</p>			

4.4	<p>Álcool Gel 500ml Álcool Gel glicerinado com válvula pump - 500ml QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 300 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 300</p>			
4.5	<p>Aventais de plásticos descartáveis Pacote de 100 unidades QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 4 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 4 - MAPUTO: -</p>			
4.6	<p>Batas descartáveis De Uso Hospitalar de alto nível de proteção contra Infecções mangas compridas - Gola Cirúrgica Punhos Elástico ou malha abertura traseira com fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura. QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.800 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 1.800</p>			
4.7	<p>Ethanol 90% Ethanol 90% 5LT QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 12 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 6 - MAPUTO: 6</p>			

4.8	<p>Ethanol 96% Ethanol 96%, 2,5 LT QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 12 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 6 - MAPUTO: 6</p>			
4.9	<p>Máscaras N95 De uso Hospitalar com a eficiência de filtração de partículas até 99,6% Padrão Nacional de Certificação GB/T2626-2006 ou EN 149-2001 ISSO 9001 QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 15.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 15.000</p>			
4.10	<p>Sabão líquido antisséptico Sabão líquido para limpeza das mãos antisséptico com clorexidina Embalagem de 500 ml - Frasco pet - Válvula pump QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 750 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: - - MAPUTO: 750</p>			
4.11	<p>Surfanio 5 L Detergente desinfetante a base de cloreto de didicildimetilamonio e diamina - em galões de 5 litros QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 70 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 70 - MAPUTO: -</p>			

4.12	Termómetros Infravermelhos Termómetro Infravermelho digital, certificação CE, tempo máximo para medicação: 1 segundo, alimentação a pilha, resolução mínima 0,1°C, precisão: 0,1°C, faixa de medição: 32 a 43°C, distancia ideal para medidas: 2 a 15cm, garantia 1 ano QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 35 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 20 - MAPUTO: 15			
-------------	--	--	--	--

LOTE 5: POC E TESTES FOR POC – MAPUTO

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.1	<p>Point of Care para deteção qualitativa do vírus da imunodeficiência humana (HIV)</p> <p>Analizador POC de PCR HIV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operação continua durante cortes de energia - Tempo ate a obtenção do resultado < 70 minutos - Volume amostras < 50 µL - Mede o VIH -1 e o VIH -2 - Fácil de utilizar - Garantia Técnica: 12 meses - incluído: Analizador, Impressora, Energy Case o UPS, Connect University Gateway <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: - - MAPUTO: 1 			

5.2	<p>Teste Qualitativo HIV para POC</p> <p>Teste qualitativo (para POC solicitado na linha anterior) de amplificação de ácidos nucleicos para a deteção do vírus da imunodeficiência humana (VIH) tipo 1 grupos M/N e O e tipo 2 ARN em amostras de sangue total e de plasma humano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificidade do diagnóstico: $\geq 99\%$ - Sensibilidade do diagnóstico: VIH-1 $\geq 98\%$ VIH-2 $\geq 97\%$ - Requisitos de armazenamento: Não necessita uma rede de frio, 4 °C–30 °C - Prazo de validade mínima: 6 meses (contados a partir da data da entrega) - Unidades <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.500</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: - - MAPUTO: 1.500 			
5.3	<p>Kit de colheita de amostras neonatais para POC - HIV</p> <p>Kit de colheita para amostras neonatais (para POC e testes solicitados nas linhas anteriores)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidades <p>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.500</p> <p>QUANTIDADE POR LUGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BEIRA: - - MAPUTO: 1.500 			

LOTE 6: EQUIPAMENTO EXCLUSIVO– BEIRA E MAPUTO

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
6.1	<p>Mesa de reanimação neonatal com aquecedor</p> <p>TEMPERATURA REMOTA e deteção de objetos Cama com ângulo ajustado (até 12 graus) Unidade superior ajustável e bandeja para procedimentos de raios X</p> <p>Sistema de controle de temperatura Visor LCD para monitorar a temperatura do paciente, tempo de tratamento, tempo total de uso, nível de potência do aquecedor e conexão do sensor Temporizador de pontuação APGAR integrado Display LCD com informações de diagnóstico e solução de problemas. Contador de tempo total do sistema (vida útil) Segurança – Alarmes: Falha no elemento aquecedor, falha no sensor, Falha de energia, Sensor desligado do paciente</p> <p>Acessórios: Pólo IV, Prateleira de armazenamento, Gaveta de armazenamento, Porta-cilindros Dimensões indicativas: 110 cm x 78 cm x 174 cm Temperatura do paciente: range 34.0°C - 37.5°C in 0.1°C Temperatura misurada: 10.0°C - 50.0°C in 0.1°C Temperatura de operação: 18.0°C - 35.0°C QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 8 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 7 - MAPUTO: 1</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
6.2	<p>Oxygen sensor O2 cell cpap Compatível com CPAP Dolphin MTTS QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 10 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 10 - MAPUTO: -</p>			
6.3	<p>Pronga CPAP tamanho 0 Compatível com CPAP MTTS Dolphin - Descartável, estéril QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 1.000 - MAPUTO: -</p>			
6.4	<p>pronga CPAP tamanho 1 Compatível com CPAP MTTS Dolphin - Descartável, estéril QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 1.000 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 1.000 - MAPUTO: -</p>			
6.5	<p>Blower CPAP Compatível com CPAP Dolphin MTTS QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 5 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 5 - MAPUTO: -</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
6.6	<p>Aparelho de fototerapia</p> <p>Iluminação: High-power blue LEDs, 1-1.25W standard operating 445 - 465 nm (peak 455 nm) Duração das Lâmpadas: 60,000 horas radiação espectral média: 33.0 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ 57.6 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ Área de Superfície: 50 cm x 30 cm Razão de uniformidade de irradiação: 0.59 (IEC Compliant >0.4) 0.58 (IEC Compliant >0.4) Treatment time, total device hours, total device hours in Intensive Mode Dimensões indicativas: 60 cm x 55 cm x 155 cm QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 2 QUANTIDADE POR LUGAR: - BEIRA: 2 - MAPUTO: -</p>			