

MAPUTO, 11/01/2024

**Ref.: Procedimento de aquisição de bens CUAMM\_AID 012590\_06\_0-PROTECT\_08**

**Assunto: Esclarecimentos no âmbito do concurso público para fornecimento de aparelhos, equipamentos médicos e consumíveis sanitários**

Prezados,

O presente documento constitui resposta aos pedidos de esclarecimentos recebidos no âmbito da apresentação de propostas para o *Procedimento de aquisição de bens CUAMM\_AID 012590\_06\_0-PROTECT\_08*.

As respostas estão disponíveis a todos os fornecedores que queiram apresentar uma proposta até a data limite estabelecida nas instruções (26/01/2024, às 15.00 h locais).

Com os melhores cumprimentos,

Egídio Bosisio



---

Coordenador do Projecto

## **QUESTÕES**

### **LOTE 1.**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>P.</b> | <b>1.4 - O peso “menor ou igual a 17kg” significa que o equipamento não pode ter mais que 17kg?</b> |
| <b>R.</b> | Sim, é necessário que o peso da balança não exceda 17 kg.   |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>P.</b> | <b>1.5 - Pretendem lancetas automáticas (as que se carrega no botão e a agulha dispara) ou pretendem as lancetas manuais? Qual o calibre (G) pretendido?</b>                                      |
| <b>R.</b> | Acreditamos que se refere do item 1.15 e não do ponto 1.5. Necessitamos de lancetas pungitivas para medir a glicemia. As que acompanham as fitas glicosímetro e o glucómetro. Não são automáticas |

### **LOTE 2.**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>P.</b> | <b>2.3 - O nome do artigo e a descrição não batem certo (pedem adesivos de óxido de Zinco mas especificam agulhas). Podem esclarecer o que pretendem?</b>  |
| <b>R.</b> | Confirmamos que houve um erro nas especificações. Considerem por favor as informações abaixo:<br><br>Adesivo de óxido de zinco<br>Rolo de 2,5 cm x 5 m<br>QUANTIDADE MÁXIMA INDICATIVA: 30<br>QUANTIDADE POR LUGAR:<br>- BEIRA: 30 |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>P.</b> | <b>2.4 - É obrigatório a apresentação das agulhas da marca VACUTAINER? Podemos apresentar uma marca alternativa?</b> |
| <b>R.</b> | Sim, é possível apresentar uma marca alternativa   |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>P.</b> | <b>2.12 - A quantidade indicada é agulhas ou caixas de 100 agulhas?</b> |
| <b>R.</b> | A quantidade indicada é Agulhas (unidades)                              |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>P.</b> | <b>2.41 e 2.42 - Qual a diferença entre criança e criancinha? Por norma, existem sondas de oxigénio para adultos, para crianças e para bebés. Podemos considerar a mesma solução de sonda para os itens 2.41 e 2.42?</b> |
| <b>R.</b> | Criança e criancinha são mesmo de criança e bebé   |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>P.</b> | <b>2.45 - Qual o calibre da agulha?</b> |
| <b>R.</b> | Tanto o 21G como o 22G são suficientes  |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>P.</b> | <b>2.46 – Pretendem seringa de 3 peças ou de 2 peças?</b> |
| <b>R.</b> | Seringa de 2 peças  |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.47 – Qual o calibre da agulha?</b> |
| R. | Calibre de agulha de 22G                |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.48 – Qual o calibre da agulha?</b> |
| R. | Calibre de agulha de 22G                |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.49 – Qual o calibre da agulha?</b> |
| R. | Calibre de agulha de 22G                |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.53 – Pretendem strips (fitas) ou teste em cassete?</b> |
| R. | Cassete é melhor  |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.56 - É obrigatório a apresentação das agulhas da marca VACUTEST? Podemos apresentar uma marca alternativa?</b> |
| R. | Sim, é possível apresentar uma marca alternativa  |

|    |   |
|----|---|
| P. | <b>2.57 - É obrigatório a apresentação das agulhas da marca VACUTEST? Podemos apresentar uma marca alternativa?</b> |
| R. | Sim, é possível apresentar uma marca alternativa  |